



23 апреля 2021 г. исх. № 12

135

С. Н. Зергерова - деп.
А. Н. Шевченко - уф.

Адрес: 04.05.2021
в ТО: РО ЧДА.

Итого 26.04.2021

Кому: Федеральная антимонопольная служба
г. Омск,

Заявитель: ООО «Дарсиб-Сервис» ИНН 5504055858

Адрес места нахождения и почтовый адрес:
644033, Г Омск, ул. КРАСНЫЙ ПУТЬ, Д. 143, ОФ. 8
тел./факс: +7 (3812) 21 05 06
Эл. Почта ask@darsib.ru

Уполномоченное учреждение: Казенное учреждение
Омской области
«Центр по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения»

Адрес места нахождения и почтовый адрес:
Место нахождения: Российская Федерация,
644002, Омская область, г. Омск,
ул. Красный путь, д. 5.
Почтовый адрес Российская Федерация,
644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71
тел./факс: 7 (3812) 357-000 (13-44)

Заказчик:
БУЗОО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2"

Место нахождения и почтовый адрес:
644021, Омская область,
г. Омск, ул. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 7
эл. почта gkbsmp2-torg@yandex.ru
тел. 8(3812)54-08-34

Указание на закупку:
электронный аукцион № 0852500000121000959
Поставка установки для деструкции и обеззараживания медицинских отходов

ЖАЛОБА на положения документации о закупке


21 апреля 2021 г. на официальном сайте zakupki.gov.ru, в порядке, установленном ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) размещено извещение о проведении электронного аукциона на Поставку установки для деструкции и обеззараживания медицинских отходов.

Полагаю, что содержание данной документации противоречит нормам Закона о контрактной системе ввиду нижеследующего.

В соответствии с ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе «описание объекта закупки должно носить объективный характер». А именно:

Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

вр. 16:15
23.04.21

Омское УФАС России
Входящий № 1201
от "26 АПР 2021" 200 г.
Подпись 

1) В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Вместе с тем, вопреки требованию действующего законодательства, фактически указанное описание оборудования, соответствует установка произведенная только ООО «Мегатехника» Санкт-Петербург, торговая марка Самот. Иных производителей оборудования с указанными характеристиками нет. Данное оборудование представляет собой сухожарочный шкаф, т.е. оборудование производит дезинфекцию (обеззараживание) медицинских отходов путем нагревания сухим горячим воздухом. Вместе с тем, оборудование указанное заказчиком фактически не соответствует требованиям указанным в **Приложение №1 к разделу II документации об электронном аукционе № п/пЗ « Изменение внешнего вида отходов, исключаящее их повторное применение и позволяющее обеспечивать последующее обращение обеззараженных и обезвреженных отходов к твердым коммунальным отходам.»**

Причины этого следующие. Сфера регулирования медицинских отходов в России определяется постановлениями Роспотребнадзора, в частности СанПиН 2.1.3684-21 Сфера медицинских отходов исключена из регулирования закона 89ФЗ Об отходах производства и потребления в соответствии с ст. 2. П.2.

Вместе с тем, согласно письма ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ от 4 декабря 2017 г. N АА-10-04-32/26588: (начало цитаты)

«Учитывая, что иных способов обезвреживания для медицинских отходов классов "Б" и "В", а также биологических отходов, кроме вышеуказанного (обеззараживание физическими методами и последующее видоизменение), законодательством не предусмотрено, отходы, образованные в производственном процессе по обеззараживанию медицинских и биологических отходов и изменению их товарного

вида, являются отходами производства и их обращение регулируется Законом N 89-ФЗ.

В соответствии с Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" для данного типа отходов существуют отдельные группы:

Отходы при обезвреживании биологических отходов в смеси с другими отходами (код 7 47 810 00 00 0);

Отходы при обезвреживании биологических отходов (код 7 47 820 00 00 0);

Отходы при обезвреживании медицинских отходов (код 7 47 840 00 00 0).

Обращаем внимание, что на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 N 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий" осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обеззараживания и (или) обезвреживания биологических и медицинских отходов с проектной мощностью 10 тонн в сутки и более отнесено к объектам I категории, а с проектной мощностью менее 10 тонн в сутки отнесено к объектам II категории.

Таким образом, все классы медицинских отходов (за исключением радиоактивных), а также биологических отходов, обезвреженные соответствующим образом для возможности размещения на полигоне (захоронения), подпадают под сферу регулирования Закона N 89-ФЗ.» (конец цитаты)

Для выполнения пп.3 «позволяющее обеспечивать последующее обращение обеззараженных и обезвреженных отходов к твердым коммунальным отходам» - т.е. обращение обезвреженных отходов, указанное оборудование, должно обезвреживать медицинские отходы с присвоением кода ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов) обработанным отходам.

Вместе с тем в настоящее время в классификаторе отходов отсутствует информация об коде отходов производства и потребления, производимой установкой производства ООО Мегатехника (Самот)

коды содержат следующие значения:

Общий код (группа)

Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов 7 47 800 00 00 0

Конкретные коды

Код ФККО 74784351715 отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные, содержащие преимущественно текстиль, резину, бумагу, практически неопасные

Код ФККО 74784355715 отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные, практически неопасные.

Кода ФККО обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Физическим методом, воздействием сухого горячего воздуха» в данном каталоге нет. В настоящее время в ФККО имеются только коды отходов, обезвреживаемые с помощью иной технологии – автоклавирования и обработки водяным паром в условиях вакуума. Данный тип оборудования производят несколько различных поставщиков.

Таким образом, поставкой оборудования указанного Заказчиком в техническом задании не возможно исполнить его же требование «обеспечивать последующее обращение обеззараженных и обезвреженных отходов к твердым коммунальным отходам».

В отсутствии кода ФККО, не возможно оформить протокол биотестирования, подтверждающий возможность отнесения данных отходов к 5 классу опасности и соответственно возможности их последующего захоронения на полигоне.

С учетом вышеизложенного, прошу:

- признать жалобу обоснованной, обязать устранить допущенные нарушения, сформулировать требования к поставке оборудования с учетом действующего законодательства.

Документы, подтверждающие обоснованность жалобы:

1. Письмо МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ от 4 декабря 2017 г. N АА-10-04-32/26588
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ на поставку установки для деструкции и обеззараживания медицинских отходов

Генеральный директор ООО «Дарсиб-Сервис»



Ключников А.С.