

# ООО «МЕДСОЮЗ»

ОГРН 1126165003117 ИНН 6165174634 КПП 616101001

Исх. № от 14.09.2021г.

В УФАС по Омской области  
Адрес: 644010 г. Омск, пр. К. Маркса, 12А  
Телефон/факс: тел./факс: (3812) 32-06-96  
e-mail: [to55@fas.gov.ru](mailto:to55@fas.gov.ru)

Жалоба на действие заказчика

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мед-Союз»  
Адрес: 344092, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Космонавтов пр-кт, дом № 2, комната 1004  
Тел: 8 (863) 265-87-75 E-mail: [info@med-s.ru](mailto:info@med-s.ru)

Размещение осуществляет:

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"  
Место нахождения: РФ, 644002, Омская обл, Омск г, УЛИЦА КРАСНЫЙ ПУТЬ, ДОМ 5, ЛИТЕР А ПОМЕЩЕНИЕ 2  
Почтовый адрес: 644043, Омская обл, Омск г, УЛ Чапаева, ДОМ 71  
Эл. почта: [epetrova@guks.omskportal.ru](mailto:epetrova@guks.omskportal.ru) [postczz@guks.omskportal.ru](mailto:postczz@guks.omskportal.ru)  
Тел. 7 (3812) 357-000 (13-72)

Заказчик: Наименование: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МУРОМЦЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"  
Место нахождения: 646430, ОМСКАЯ ОБЛ, МУРОМЦЕВСКИЙ Р-Н, РП МУРОМЦЕВО, УЛ ЛЕНИНА, 144  
Почтовый адрес: 646430, ОМСКАЯ ОБЛ, МУРОМЦЕВСКИЙ Р-Н, РП МУРОМЦЕВО, УЛ ЛЕНИНА, 144  
Адрес электронной почты: [zakupki.rodenko@yandex.ru](mailto:zakupki.rodenko@yandex.ru)  
Номер контактного телефона: 7-38158-21948  
Ответственное лицо: Матюхин Игорь Петрович

Наименование: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДЕССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"  
Место нахождения: 646860, ОМСКАЯ ОБЛ, ОДЕССКИЙ Р-Н, С ОДЕССКОЕ, ПЕР БОЛЬНИЧНЫЙ, 30  
Почтовый адрес: 646860, ОМСКАЯ ОБЛ, ОДЕССКИЙ Р-Н, С ОДЕССКОЕ, ПЕР БОЛЬНИЧНЫЙ, 30  
Адрес электронной почты: [econom\\_odess\\_crb@mail.ru](mailto:econom_odess_crb@mail.ru)  
Номер контактного телефона: 83815921803  
Ответственное лицо: Майстришина Светлана Юрьевна

Наименование: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛАЧИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"  
Место нахождения: 646905, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КАЛАЧИНСК, УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ, 14  
Почтовый адрес: 646905, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КАЛАЧИНСК, УЛИЦА

БОЛЬНИЧНАЯ, 14

Адрес электронной почты: Novolod@list.ru

Номер контактного телефона: 7-38155 21395

Ответственное лицо: Новолодская Зоя Юрьевна

Наименование: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "САРГАТСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Место нахождения: 646400, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРГАТСКИЙ  
РАЙОН, РАБОЧИЙ ПО САРГАТСКОЕ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ,  
ДОМ 58

Почтовый адрес: 646400, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРГАТСКИЙ  
РАЙОН, РАБОЧИЙ ПО САРГАТСКОЕ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ,  
ДОМ 58

Адрес электронной почты: zakupki.sargat-crb@mail.ru

Номер контактного телефона: 8-913-670-14-40

Ответственное лицо: Лобанова Наталья Владимировна

Наименование: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗНАМЕНСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Место нахождения: 646550, ОМСКАЯ ОБЛ, ЗНАМЕНСКИЙ Р-Н,  
С ЗНАМЕНСКОЕ, ТУП БОЛЬНИЧНЫЙ, 10

Почтовый адрес: 646550, ОМСКАЯ ОБЛ, ЗНАМЕНСКИЙ Р-Н,  
С ЗНАМЕНСКОЕ, ТУП БОЛЬНИЧНЫЙ, 10

Адрес электронной почты: znam\_crb@minzdrav.omskportal.ru

Номер контактного телефона: 8(38179)21037

Ответственное лицо: Чернова Наталья Сергеевна

Наименование: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ  
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Место нахождения: 644086, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ  
АМУРСКАЯ 21-Я, 14 Д

Почтовый адрес: 644086, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ  
АМУРСКАЯ 21-Я, 14 Д

Адрес электронной почты: post@dgb4-omsk.ru

Номер контактного телефона: 83812610159

Ответственное лицо: Маслакова Людмила Павловна

Наименование: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ОКОНЕШНИКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БОЛЬНИЦА"

Место нахождения: 646940, ОМСКАЯ ОБЛ,  
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ Р-Н, РП ОКОНЕШНИКОВО, УЛ  
КИРОВА, 1

Почтовый адрес: 646940, ОМСКАЯ ОБЛ,  
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ Р-Н, РП ОКОНЕШНИКОВО, УЛ  
КИРОВА, 1

Адрес электронной почты: okon\_crb@mail.ru

Номер контактного телефона: 8(38166)21-104

Ответственное лицо: Лисовская Татьяна Александровна

Наименование: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛОСОВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Место нахождения: 646350, ОМСКАЯ ОБЛ, КОЛОСОВСКИЙ Р-Н,  
С КОЛОСОВКА, УЛ КИРОВА, 119

Почтовый адрес: 646350, ОМСКАЯ ОБЛ, КОЛОСОВСКИЙ Р-Н,  
С КОЛОСОВКА, УЛ КИРОВА, 119

Адрес электронной почты: zakupki.koloscrb@mail.ru

Номер контактного телефона: 83816021138

Ответственное лицо: Вагнер Наталья Сергеевна

#### Жалоба на действия заказчика

Извещение №0852500000121002098

Заказчиком на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0852500000121002098, на закупку: Поставка автоматического анализатора газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы. Дата и время окончания подачи заявок 15.09.2021 09:00 (МСК+3). Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - РТС-тендер (Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.rts-tender.ru>).

Единые требования, которыми должен руководствоваться Заказчик, при описании объекта закупок, установлены статьей 33 Федерального закона о контрактной системе. Запрещается совершение заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона, в том числе, приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Частями 1 и 3 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ (далее – Федеральный закон о защите конкуренции) установлено, что при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Считаем размещенную Заказчиком Документацию не соответствующей требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Федеральный закон), нарушающей права и законные интересы участников закупки, по следующим основаниям:

1. По совокупности требований, описанных в техническом задании, данным характеристикам соответствует только одно наименование медицинского оборудования, зарегистрированного в Российской Федерации - Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL80 FLEX, производства Radiometer Medical ApS: в частности п. 4.7.

4.7.	Необслуживаемые электроды для измерения pco <sub>2</sub> , po <sub>2</sub> , ph, K, iCa, Cl-	наличие
------	--	---------

«Электроды со сменными мембранами pco<sub>2</sub>, po<sub>2</sub>, ph, K, iCa, Cl-» есть только у анализатора ABL80 FLEX, производства Radiometer Medical ApS и отсутствует у других производителей аналогичного оборудования.

- Габариты размеры полностью совпадают с размерами указанными в руководстве по эксплуатации указанного анализатора.

2.2.1	Высота	мм	Не более 560*
2.2.3	Ширина	мм	Не более 530*

Жесткие требования к размерам стационарного анализатора не имеют клинической ценности и не приносят заказчику дополнительных преимуществ, поскольку прибор будет стоять на стандартном лабораторном столе заказчика, но при этом ограничивают возможность поставки оборудования других производителей.

2. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, заказчик при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Для автоматических анализаторов для определения газов крови действует ГОСТ Р 55991.5-2014 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Часть 5. Автоматические анализаторы газов крови, метаболитов и кислотно-щелочного состояния технические требования для закупок».

Заказчик обязан либо использовать требования, установленные в указанном стандарте, либо указать в документации об аукционе обоснование необходимости установления показателей, которые не предусмотрены ГОСТ.

В нарушение требований ГОСТ в аукционной документации указан **Диапазон измеряемых параметров.**

Показатели границ измерительного диапазона для отдельных параметров, указанных в таблице:

7.2	Нижняя граница измерительного диапазона pH	ед.	Не более 6,3*
7.5	Верхняя граница измерительного диапазона pco <sub>2</sub>	мм рт.ст	Не менее 200,0*
7.6	Нижняя граница измерительного диапазона po <sub>2</sub>	мм рт.ст	Не более 0,0*
7.7	Верхняя граница измерительного диапазона po <sub>2</sub>	мм рт.ст	Не менее 800*
7.8	Нижняя граница измерительного диапазона К	ммоль/л	Не более 0,5*
7.10	Нижняя граница измерительного диапазона Na	ммоль/л	Не более 20*
7.14	Нижняя граница измерительного диапазона Cl-	ммоль/л	Не более 20*
7.15	Верхняя граница измерительного диапазона Cl-	ммоль/л	Не более 350*
7.16	Нижняя граница измерительного диапазона Glu	ммоль/л	не более 0,0*
7.18	Нижняя граница измерительного диапазона Lac	ммоль/л	не более 0,0*

Соответствуют границам измерений, характерных для анализатора ABL800, производства Radiometer Medical ApS. Указание точных, жестких границ диапазонов измерений не несет клинической ценности и призвано ограничить конкуренцию.

Согласно требованиям ГОСТ Р 55991.5-2014 Часть 5. результаты исследований должны перекрывать диапазон параметров гомеостаза, однако диапазоны значений, указанные Заказчиком в описании объекта закупки не являются диапазонами, характеризующими гомеостаз организма, а являются индивидуальной характеристикой определенного анализатора газов крови.

Данные характеристики являются избыточными, исключают конкуренцию и сужают возможность выбора с точки зрения цены и качества товара.

Законодательством о контрактной системе установлен запрет на установление таких характеристик товара, которым в совокупности соответствует товар конкретного производителя.

Таким образом отсечение иных приборов происходит из-за включения в АД второстепенных и, в нарушении ГОСТ Р 55991.5-2014 излишних характеристик, являющихся его конструктивной особенностью, не влияющих на результат измерения, ограничивающими конкуренцию и исключающими возможность выбора аппаратов различных производителей и соответственно поставщиков с точки зрения цены и качества.

Заявитель, не оспаривает право Заказчика устанавливать показатели в соответствии со своими потребностями, но параметры, установленные в документации о закупке, не должны приводить к ограничению количества участников закупки. В данном случае, исполнением требований Закона о закупках, должно являться наличие на рынке как минимум двух производителей, товар которых соответствует всем требованиям, обозначенным в аукционной документации.

Аналогичная позиция содержится в п. 2 «Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017 г.).

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 28.06.2017, включение заказчиком в аукционную документацию требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики использования такого товара является нарушением положений статьи 33 Закона о контрактной системе (п.2 Обзора).

Считаем, что Заказчик, безосновательно установивший требования, в совокупности допускающие поставку единственного товара, нарушил тем самым положения п. 1 ст.64 Закона 44-ФЗ.

Вышеуказанные нарушения законодательства повлекли нарушение наших прав и законных интересов, прав иных возможных участников, создав необоснованные условия для поставки объекта закупки только одного производителя.

С учетом изложенного, просим Вас провести проверку и обязать заказчика привести документацию об аукционе в соответствии требованиям законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, - внести изменения в техническое описание объекта закупки, с учетом возможности поставки оборудования других производителей, с улучшенными техническими характеристиками, обеспечив при этом конкуренцию на торгах и разместить соответствующую документацию на Официальном сайте.

Приложение:  
Копия извещения  
Документация об электронном аукционе

Генеральный директор  
ООО «МедСоюз»  
Мп

А.С. Коржукова