



ООО
«СибЛаб-Маркет»

И.И. Шмакова
Офис: пр. Мира, 33а, оф.401
Тел./факс: (3812)
26-94-35,
26-94-25;

Исх.01 от 15.09.2021г.

А. П. Ананьев

*Дата: 22.09.2021
в 11:20:20*

15.09.2021

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области

Кабаненко Вадиму Анатольевичу
Пр-кт К.Маркса, 12А, г. Омск, 644010

От кого:
ООО «СибЛаб-Маркет»
644029, г. Омск, пр. Мира, 33-а,
оф. 401

Жалоба на положение документации электронного аукциона

1. Уполномоченное учреждение в качестве организатора совместного аукциона:

Казенное учреждение Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения»

Место нахождения:	Российская Федерация, 644002, Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5.
Почтовый адрес:	Российская Федерация, 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71
Адрес электронной почты:	postczz@guks.omskportal.ru
Номер контактного телефона:	7 (3812) 357-000 (13-72)
Ответственное должностное лицо:	Петрова Елена Андреевна

Заказчики:

Наименование:	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МУРОМЦЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения:	646430, ОМСКАЯ ОБЛ, МУРОМЦЕВСКИЙ Р-Н, РП МУРОМЦЕВО, УЛ ЛЕНИНА, 144
Почтовый адрес:	646430, ОМСКАЯ ОБЛ, МУРОМЦЕВСКИЙ Р-Н, РП МУРОМЦЕВО, УЛ ЛЕНИНА, 144
Адрес электронной почты:	zakupki.rodenko@yandex.ru
Номер контактного телефона:	7-38158-21948
Ответственное лицо:	Матюхин Игорь Петрович

Наименование:	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
---------------	--------------------------------------



в 9:00



	ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДЕССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения:	646860, ОМСКАЯ ОБЛ, ОДЕССКИЙ Р-Н, С ОДЕССКОЕ, ПЕР БОЛЬНИЧНЫЙ, 30
Почтовый адрес:	646860, ОМСКАЯ ОБЛ, ОДЕССКИЙ Р-Н, С ОДЕССКОЕ, ПЕР БОЛЬНИЧНЫЙ, 30
Адрес электронной почты:	econom_odess_crb@mail.ru
Номер контактного телефона:	83815921803
Ответственное лицо:	Майстришина Светлана Юрьевна

Наименование:	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛАЧИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения:	646905, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КАЛАЧИНСК, УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ, 14
Почтовый адрес:	646905, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КАЛАЧИНСК, УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ, 14
Адрес электронной почты:	Novolod@list.ru
Номер контактного телефона:	7-38155 21395
Ответственное лицо:	Новолодская Зоя Юрьевна

Наименование:	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "САРГАТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения:	646400, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРГАТСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПО САРГАТСКОЕ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 58
Почтовый адрес:	646400, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРГАТСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПО САРГАТСКОЕ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 58
Адрес электронной почты:	zakupki.sargat-crb@mail.ru
Номер контактного телефона:	8-913-670-14-40
Ответственное лицо:	Лобанова Наталья Владимировна

Наименование:	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения:	646550, ОМСКАЯ ОБЛ, ЗНАМЕНСКИЙ Р-Н, С ЗНАМЕНСКОЕ, ТУП БОЛЬНИЧНЫЙ, 10
Почтовый адрес:	646550, ОМСКАЯ ОБЛ, ЗНАМЕНСКИЙ Р-Н, С ЗНАМЕНСКОЕ, ТУП БОЛЬНИЧНЫЙ, 10
Адрес электронной почты:	znam_crb@minzdrav.omskportal.ru
Номер контактного телефона:	8(38179)21037
Ответственное лицо:	Чернова Наталья Сергеевна

Наименование:	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
Место нахождения:	644086, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ АМУРСКАЯ 21-Я,

	14 Д
Почтовый адрес:	644086, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ АМУРСКАЯ 21-Я, 14 Д
Адрес электронной почты:	post@dgb4-omsk.ru
Номер контактного телефона:	83812610159
Ответственное лицо:	Маслакова Людмила Павловна

Наименование:	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОКОНЕШНИКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения:	646940, ОМСКАЯ ОБЛ, ОКОНЕШНИКОВСКИЙ Р-Н, РП ОКОНЕШНИКОВО, УЛ КИРОВА, 1
Почтовый адрес:	646940, ОМСКАЯ ОБЛ, ОКОНЕШНИКОВСКИЙ Р-Н, РП ОКОНЕШНИКОВО, УЛ КИРОВА, 1
Адрес электронной почты:	okon_crb@mail.ru
Номер контактного телефона:	8(38166)21-104
Ответственное лицо:	Лисовская Татьяна Александровна

Наименование:	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛОСОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Место нахождения:	646350, ОМСКАЯ ОБЛ, КОЛОСОВСКИЙ Р-Н, С КОЛОСОВКА, УЛ КИРОВА, 119
Почтовый адрес:	646350, ОМСКАЯ ОБЛ, КОЛОСОВСКИЙ Р-Н, С КОЛОСОВКА, УЛ КИРОВА, 119
Адрес электронной почты:	zakupki.koloscrb@mail.ru
Номер контактного телефона:	83816021138
Ответственное лицо:	Вагнер Наталья Сергеевна

2. Участник размещения заказа (Заявитель):

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СибЛаб-Маркет»

ИНН: 5501072090

Место нахождения: 644008, г. Омск, Красный Путь, 163, оф.302

Почтовый адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 33-а, оф. 401

Телефон: +7 (3812) 26-94-25

Факс: +7 (3812) 26-94-32

e-mail: market@siblab.com

Контактное лицо: Чудин Сергей Евгеньевич

1. Общие сведения о закупке:

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:
www.zakupki.gov.ru

Адрес электронной площадки в сети Интернет: <http://www.rts-tender.ru>

Номер извещения: № 0852500000121002098

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион

Наименование объекта закупки: «Поставка автоматического анализатора газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 07 сентября 2021 года.

2. Обжалуемые действия Заказчика с указанием норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» которые, по мнению Заявителя нарушены:

1) Нарушение Заказчиком требований п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Нарушение Заказчиком ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5. Доводы жалобы:

Заказчиком установлены в документации об Аукционе требования к техническим характеристикам поставляемого товара, которым соответствует определенная модель только одного производителя, тем самым ограничивается количество участников размещения заказа.

Согласно статье 6 Федерального закона о контрактной системе, контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, **обеспечения конкуренции**, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Из части 1 статьи 8 Федерального закона о контрактной системе следует, что контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для **обеспечения конкуренции** между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона о контрактной системе конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. **Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.**

В соответствии с п.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений **запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.**

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки **не должны включаться** требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие **требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.**

Из буквального толкования пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе следует, что заказчики, осуществляющие закупку по правилам Федерального закона о контрактной системе, при описании объекта закупки должны таким образом устанавливать требования к закупаемым товарам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение товара именно с такими характеристиками, которые необходимы, а с другой стороны, не ограничить количество участников закупки.



В нарушение вышеуказанных норм действующего законодательства Заказчик в документации об электронном аукционе установил характеристики товара, которые в совокупности указывают на технические характеристики оборудования только одного производителя **Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL800, производства Radiometer Medical ApS.**

Так же обращаем ваше внимание, что на данный аукцион было подано четыре запроса на разъяснение аукционной документации, но не были даны пояснения, в полном объеме позволяющие подтвердить необходимость именно этих параметров для лечебных учреждений, в частности:

Пункт 1. Обоснованность включения кода вида согласно 44 ФЗ. Включение только 1 кода вида в закупку с учетом требования Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 декабря 2020 г. № 1379н.

В Техническом задании, согласно требованиям 44 ФЗ не указан код КТРУ, которому должно соответствовать закупаемое Медицинское Изделие.

Пункт 4.2 и 4.3 В ГОСТе в пункте 5.2.4 указано: - сканер штрих-кодов пробирок (встроенный или внешний);- сканер штрих-кодов реагентов (встроенный или внешний);. Заказчик на наш взгляд не обосновывает включение в Техническое задание только «встроенного» сканера штрих-кода, указывая на необходимость приобретения дополнительных принадлежностей в виде внешнего сканера штрих-кодов, но при этом не ограничен включением в требование к поставке включения дополнительных принадлежностей. Цель данного требования направлена только на ограничение конкуренции.

Пункт 4.7 Электроды со сменными мембранами pCO_2 , pO_2 , pH, K, iCa, Cl-

В ГОСТе под пунктом 5.2, на который ссылается заказчик указано, что 5.2 Значимые технические требования к анализаторам для определения газов крови, метаболитов и кислотно-щелочного состояния.

Заказчик в обосновании не раскрывает в полной мере значимость сменных мембран для улучшения эксплуатации анализатора.

Как было описано в запросе на разъяснение, «Замена мембран требует дополнительного обслуживания анализатора в сравнении с необслуживаемыми электродами. Замена мембран требуется проводить раз в 1-3 месяца. Замена целого электрода производится раз в 6-12 месяцев. Таким образом, требование к необходимости замены мембран с частотой в два раза больше вынудит заказчика затрачивать дополнительное время и средства в процессе эксплуатации анализатора. Лучшей заменой в данном случае являются «необслуживаемые электроды для измерения pCO_2 , pO_2 , pH, K, iCa, Cl-» благодаря более редкой замене.»

Либо необходимо удалить данный пункт совсем вследствие необоснованной значимости, как было описано выше.

Пункт 7.1 -7.19. Диапазоны измерений, которые указаны заказчиком, не достаточно обоснованы. Заказчик ссылается на пункт 5.2.6 Требования к качеству результатов исследований, получаемых в процессе эксплуатации оборудования, который включает в себя требование: «Результаты перекрывают диапазон параметров гемостаза». Анализаторы, диапазоны измерений которых уже, но включают в себя норму и допустимые отклонения исследуемых параметров, также должны иметь возможность участвовать в конкурсе, в соответствии с требованием ГОСТа. Диапазоны измеряемых параметров, указанные в Техническом задании, включают в себя состояния человека не совместимые с жизнью (значительно шире параметров гемостаза), что не является информативным для пользователей оборудования и не является требованием к «качеству результатов исследований» направлены исключительно для целей ограничения конкуренции.



Составление аукционной документации, в которой, характеристики товара **в совокупности** указывают на оборудование определенного производителя, противоречит действующему законодательству, влечет за собой ограничение количества участников закупки, а также нарушает законные права и интересы участников закупки.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 105, 106 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ просим:

- 1) Рассмотреть жалобу на действия Заказчика;
- 2) Провести проверку по данному размещению заказа;
- 3) Обязать Заказчика привести документацию электронного аукциона в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, утвердить документацию без нарушений.

Директор ООО «СибЛаб-Маркет»



Чудин С.Е.

